ISKO med

Rutschbrett

Gebrauchsanweisung

Rutschbrett

Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort 3
2 Allgemeine Hinweise 3
2.1 Verwendete Symbole 3
2.2 Typenschild 4
3 Sicherheitshinweise 5
4 Allgemeine Produktbeschreibung 5
4.1 Zweckbestimmung/Indikation 5
4.2 Kontraindikation 6
5 Umsetzvorgang 6
6 Lagerung/Transport 6
7 Technische Daten 7
8 Verwendete Werkstoffe 8
9 Pflege, Reinigung und Desinfektion 8
10 Nutzungsdauer des Produkts 8
11 Meldung von schwerwiegenden Vorkommnissen 8
12 Wiedereinsatz 8
13 Entsorgung des Rutschbretts 8

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Exemplarisches Typenschild 4
Abbildung 2: Umsetzvorgang als Beispiel vom Rollstuhl ins Pflegebett 6

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Verwendete Symbole 4
Tabelle 2: Technische Daten 7

1 Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!
Wir möchten Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und den Kauf unseres Produktes danken. Mit großer Sorgfalt haben wir dieses Medizinprodukt hergestellt.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie stets in greifbarer Nähe auf.

Für weitere Informationen oder im Falle von Problemen, die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung nicht oder nicht genügend ausführlich beschrieben sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler bzw. Ihr Sanitätshaus. Das Rutschbrett ist ein Medizinprodukt der Klasse I und erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) und die jeweils gültigen nationalen Regularien. Die EU-Konformitätserklärung steht auf der Homepage zum Download bereit.

2 Allgemeine Hinweise

2.1 Verwendete Symbole

	Hersteller
	Herstellungsdatum
	Konformitätssymbol
	Medizinprodukt
	Artikelnummer

SN	Seriennummer
	Gebrauchsanweisung beachten
UDI	Eindeutiger Identifikator eines Medizinprodukts

Tabelle 1: Verwendete Symbole

2.2 Typenschild

Durch das Typenschild lässt sich das Produkt eindeutig identifizieren. Abbildung 1 zeigt ein exemplarisches Typenschild.

Abbildung 1: Exemplarisches Typenschild

3 Sicherheitshinweise

Vor der Inbetriebnahme des Produkts sollten Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen. Diese enthält für die sichere und zuverlässige Benutzung des Geräts wichtige Informationen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für eine spätere Bezugnahme auf.

Bei Beachtung der nachstehenden Hinweise und bei der sachkundigen Nutzung ist die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit gewährleistet.

Es liegt in der Verantwortung der Einrichtung/des Anwenders zu beurteilen, ob der Patient aufgrund seines Gesundheitszustandes und seines Leistungsvermögens in der Lage ist, den Umsetzvorgang ohne zusätzliche Hilfe oder zusätzliche Sicherungsmaßnahmen durchzuführen.

Sollten am Rutschbrett Risse, Oberflächenverletzungen oder Bruchstellen auftreten, darf es nicht mehr verwendet werden. Überprüfen Sie das Rutschbrett regelmäßig auf seine Funktionstauglichkeit. Die angegebene maximale Belastung ist unbedingt zu beachten.

Der Griff am Rutschbrett dient zur Positionierung. Während des Umsetzvorgangs nicht in die Grifföffnung fassen. Achten Sie beim Umsetzvorgang auf eine beidseitig stabile Auflage. Die Überbrückung mit dem Rutschbrett darf nicht mehr als ein Viertel der Länge des Rutschbretts betragen.

Beim Umsetzvorgang z. B. aus dem Rollstuhl oder dem Bett darauf achten, dass sich diese im gebremsten Zustand befinden. Achten Sie auf geeignete Kleidung beim Umsetzvorgang. Nackte Haut vermeiden, sie erschwert das Umsetzen.

4 Allgemeine Produktbeschreibung

4.1 Zweckbestimmung/Indikation

Das Rutschbrett ermöglicht Patienten/Behinderten, die noch über ausreichend kräftige Armmuskulatur und Rumpfstabilität verfügen, einen Positionswechsel ohne Inanspruchnahme einer Hilfsperson. Das Rutschbrett ist ein Brett mit einer sehr glatten Oberfläche, um den Reibungswiderstand zu minimieren und so ein problemloses Darübergleiten zu ermöglichen.

Es dient zum Umsetzen des Patienten, z. B. in den Rollstuhl oder das Pflegebett. Der Patient kann selbstständig oder ggf. mit Unterstützung den Positionswechsel vornehmen. Generell sind für die Benutzung eine Einweisung und die Überprüfung der körperlichen Verfassung des Anwenders durch therapeutisches Fachpersonal notwendig. Das Rutschbrett ist für die Anwendung im häuslichen bzw. geschützten Außenbereich vorgesehen.

4.2 Kontraindikation

Die Anwendung des Rutschbretts ist nicht zulässig bei:

- Dekubitus im Gesäßbereich
- Vorübergehendes oder permanentes Schwindelgefühl
- Eingeschränkte kognitive Wahrnehmung

5 Umsetzvorgang

Abbildung 2: Umsetzvorgang als Beispiel vom Rollstuhl ins Pflegebett

1. Schieben Sie das Rutschbrett unter das Gesäß.
2. Fixieren Sie das Brett anschließend mit der flachen Hand am Ende.
3. Ziehen Sie nun Ihren Körper über das Rutschbrett. Zum Entfernen des Rutschbretts das Gesäß anheben und das Brett herausziehen.

6 Lagerung/Transport

Das Rutschbrett ist geschützt vor Witterung aufzubewahren.

7 Technische Daten

Bezeichnung	**Rutschbrett**
Breite	230 mm
Dicke	8 mm oder 16 mm
Gewicht	0,8 – 1,0 kg

Bestellnummer	Ausführung	Skizze	Länge
RB-050-1	ohne Griffloch / ohne Radausschnitt		500 mm
RB-060-1	ohne Griffloch / ohne Radausschnitt		600 mm
RB-070-1	ohne Griffloch / ohne Radausschnitt		700 mm
RB-050-2	ein Griffloch / ohne Radausschnitt		500 mm
RB-060-2	ein Griffloch / ohne Radausschnitt		600 mm
RB-070-2	ein Griffloch / ohne Radausschnitt		700 mm
RB-050-3	ein Griffloch / ein Radausschnitt		500 mm
RB-060-3	ein Griffloch / ein Radausschnitt		600 mm
RB-070-3	ein Griffloch / ein Radausschnitt		700 mm
RB-050-4	zwei Grifflöcher / ein Radausschnitt		500 mm
RB-060-4	zwei Grifflöcher / ein Radausschnitt		600 mm
RB-070-4	zwei Grifflöcher / ein Radausschnitt		700 mm
RB-050-5	zwei Grifflöcher / ohne Radausschnitt		500 mm
RB-060-5	zwei Grifflöcher / ohne Radausschnitt		600 mm
RB-070-5	zwei Grifflöcher / ohne Radausschnitt		700 mm

Tabelle 2: Technische Daten

Hinter der Bestellnummer wird ein „D“ angefügt, wenn sich die Dicke von 8 mm auf 16 mm ändert.
Ohne dieses „D“ wird durch die Bestellnummer die 8 mm – Variante bezeichnet.

Bitte wählen Sie ein Rutschbrett mit einer Dicke von **8 mm** für eine maximale Belastbarkeit von **130 kg**, ein Rutschbrett mit einer Dicke von **16 mm** für eine maximale Belastung von **170 kg**.

8 Verwendete Werkstoffe

Das Rutschbrett besteht größtenteils aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen. Die Oberflächen dieses Produkts sind für die Haut unbedenklich.

9 Pflege, Reinigung und Desinfektion

Für die Reinigung des Rutschbretts mit einem feuchten Tuch sind alle milden Reinigungsmittel zulässig. Keine scheuernden Mittel und keine scharfkantigen Gegenstände verwenden.

10 Nutzungsdauer des Produkts

Die Lebensdauer des Rutschbretts ist abhängig vom Benutzungsgrad. Wird das Produkt gemäß den Sicherheitshinweisen benutzt, so beträgt die zu erwartende Lebensdauer 7 Jahre.

11 Meldung von schwerwiegenden Vorkommnissen

Alle im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt aufgetretenen schwerwiegenden Vorkommnisse sind der ISKO Koch GmbH und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedslandes, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, zu melden.

12 Wiedereinsatz

Das Rutschbrett ist für den Wiedereinsatz geeignet. Vor dem Wiedereinsatz unbedingt eine Reinigung und Desinfektion und eine Überprüfung der Funktionstauglichkeit unter Beachtung der Sicherheitshinweise durchführen. Die Gebrauchsanweisung ist bei Wiedereinsatz des Rutschbretts weiterzugeben.

13 Entsorgung des Rutschbretts

Für die Rutschbretter bestehen keine besonderen Entsorgungsvorschriften. Die Entsorgung kann über den Hausmüll erfolgen.

ISKO Koch GmbH

Egerländer Str. 28
95448 Bayreuth
Germany

Tel +49 921 150845-0
Fax +49 921 150845-45
info@iskomed.de

www.iskomed.de